

ZAPYTANIE O CENĘ

„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup komory z przepływem laminarnym, wraz wyposażeniem, dostawą i montażem, w ramach realizacji projektu *FlorNatur Silesia etap I. Ochrona ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych wymienionych w Czerwonej Liście Roślin Województwa Śląskiego*, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia

Termin dostawy: maksymalnie 7 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- komora do pracy czystej I klasy bezpieczeństwa lub wyższej
- szerokości przestrzeni roboczej 110 cm lub większa
- 2 gniazda elektryczne (standard)
- zawór gazu propan-butan
- panel zamykający przestrzeń roboczą wyposażony w lampę UV z licznikiem pracy
- poziomowana podstawa do pracy siedzącej
- zasilanie jednofazowe: 220/230 V, 50 Hz
- przepływ powietrza: pionowy, laminarny
- filtr wstępny o sprawności minimum 85% dla cząstek 0,5 µm
- filtr HEPA o sprawności minimum 99% dla cząstek 0,3 µm
- automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów
- wskaźnik prawidłowej prędkości nawiewu powietrza
- mikroprocesorowy system kontrolny z wyświetlaczem cyfrowym
- blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV
- redukcja prędkości przepływu laminarnego powietrza
- alarm wizualny i dźwiękowy wzrostu i spadku przepływu powietrza
- poziom głośności pracy < 55 dB(A)
- komora wykonana bez spoin, U-kształtna, bez ostrych naroży, ściany wewnętrzne gładkie, nie dające refleksów świetlnych
- blat roboczy ze stali nierdzewnej, podnoszony, nie dzielony i wyjmowany
- okno - szyba ze szkła hartowanego, podnoszona i utrzymywana za pomocą teleskopów gazowych
- palnik gazowy sterowany nożnie, bądź za pomocą czujnika ruchu na podczerwień

- krzesło laboratoryjne z materiału nienasiąkliwego i odpornego na działanie lampy UV, obrotowe, do pracy z komorą
- gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu na usługi serwisowe i minimum 12 miesięcy na części zamienne
- certyfikaty: deklaracja zgodności CE; certyfikat ISO 9001/9002

Odpowiedzi proszę składać w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego do dnia 19 stycznia 2015 r. do godz. 12:00 lub drogą elektroniczną na adres k.galej@sibg.org.pl (w postaci załącznika w formacie pdf.)

Z poważaniem,

Katarzyna Galej-Ciwiś